

Verification certificate

Prüfbescheinigung
Certificat de verification
Keuringscertificaat

Non-automatic weighing instrument

Nichtselbsttätige Waage
Instrument de pesage à fonctionnement non automatique
Niet-automatisch weeginstrument

User, *Benutzer*, Utilisateur,
Gebruiker:

Location, *Lage*, Emplacement,
Locatie:

Date of execution, *Tag der Ausführung*,
Date de l'exécution, *Datum van uitvoering*:

COÖP. DE EENDRACHT U.A. Staphorst "Coöp. ""DE EENDRACHT"" ROUVEEN" 14-1-2025
LICHTMISWEG 7 Lichtmispweg 7
7954 PL ROUVEEN 7954 PL ROUVEEN

Type/Model, <i>Typ/Model</i> , Type/Modèle, <i>Type/Model</i> :	VS130 18 x 3 m
Manufacturer, <i>Hersteller</i> , Fabricant, <i>Fabrikant</i> :	PRECIA MOLEN
Serial number, <i>Herstellungsnummer</i> , Numéro de série, <i>Seriennummer</i> :	WB/D10421/-
Weighing capacity, <i>Lastangabe</i> , Capacité de pesage, <i>Weegvermogen</i> :	35.000 / 70.000 kg
Verification scale interval, <i>Eichwert</i> , Échelon de vérification, <i>IJkeenheid</i> :	10 / 20 kg
Accuracy class, <i>Genauigkeitsklasse</i> , Classe de précision, <i>Nauwkeurigheidsklasse</i> :	III
EU-type examination certificate, <i>EU-Baumusterprüfbescheinigung</i> , Certificats d'examen UE de type, <i>Certificaat van EU-typeonderzoek</i> :	T1078
Year of construction, <i>Baujahr</i> , Année de construction, <i>Bouwjaar</i> :	1998
Notified body, <i>Notifizierten Stelle</i> , L'organisme notifié, <i>Aangewezen instantie</i> :	0122 NMI Certin B.V.

The object of the Verification certificate described above is in conformity with directive: 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility), 2014/31/EU (Non-automatic weighing instrument), 2014/35/EU (Low voltage directive) and EN45501:2015.

Der oben beschriebene Gegenstand der Prüfbescheinigung erfüllt die einschlägigen Richtlinie: 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit), 2014/31/EU (Nichtselbsttätige Waage), 2014/35/EU (Niederspannungs Richtlinie) und EN45501:2015.

L'objet de la Certificat de verification décrit ci-dessus est conforme à la législation directive: 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique), 2014/31/UE (Instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 2014/35/UE (Limites de tension) et EN45501:2015.

Het hierboven beschreven weeginstrument in dit Keuringscertificaat is in overeenstemming met de betreffende richtlijn: 2014/30/EU (EMC), 2014/31/EU (Niet-automatisch weegwerktuig), 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn) en EN45501:2015.

Signed for and on behalf of, *Unterzeichnet für und im Namen von*, Signé par et au nom de, *Ondertekend voor en namens*

Date, *Datum*, Date, *Datum*: 22-1-2025
Place, *Platz*, Lieu, *Plaats*: Breda

Mr. G.L.M. van Andel
Service manager PRECIA MOLEN NEDERLAND B.V.